



Soluções em Terapia Infusional
Estabilizadores e Fixadores



Clik-Fix®

Soluções para Fixação e Estabilização de Cateteres

Anvisa: 81626440014

Os dispositivos CLIK-FIX são uma linha de produtos com design inovador, que promovem estabilização e fixação de cateteres periféricos, centrais e de PICC.

Projetados com o cuidado em mente, a linha CLIK-FIX evita deslocamentos acidentais do cateter e outras complicações associadas ao movimento e a falta de segurança.¹⁻³

Uma estabilização correta no local de inserção:

- ✓ **REDUZ O MOVIMENTO E A PERDA ACIDENTAL DO CATETER;**¹
- ✓ **MANTÊM A POSIÇÃO E FUNCIONALIDADE DO CATETER;**³
- ✓ **REDUZ A INTRODUÇÃO DE MICRORGANISMOS E INFECÇÕES RELACIONADAS AO CATETER;**²
- ✓ **MELHORA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO E A CONTINUIDADE DA TERAPIA INFUSIONAL;**⁵⁻⁶
- ✓ **AUMENTA A EFICIÊNCIA ECONÔMICA.**⁶

Clik-Fix®

Cateter Periférico

69% das taxas de falhas de cateteres periféricos são resultados de uma fixação inadequada.²⁻⁴

O CliK-FIX periférico promove a oclusão e a estabilização do cateter reduzindo as complicações e os custos.

Ref: PCS1011

Curativo bio-oclusivo
protege o local de
inserção.


Bordas em formato
de U, promovendo a
visualização do sítio
de inserção.

Base de foam.



Cateteres Centrais: A INS afirma que dispositivos de estabilização são a alternativa ideal para fixação de cateteres, ao invés de fitas e suturas.

Estabilização incorporada à cobertura, com material das bordas de foam proporciona uma fixação macia e superior do cateter.



Clik-Fix® PICC

Cateter Central Tricot Pad e Foam


Elimina a necessidade de sutura e garante uma fixação firme.

Ref: WCS1000
Ref: WCS1003

Liner (proteção do adesivo) de fácil remoção.

Espaço para o disco de CHG.

Disponível em 2 tipos de materiais, foam e tricot macio, respirável promovendo uma melhor estabilização.



Seta direcionando o uso do produto para o sítio de inserção.

Base adesiva para maior fixação do dispositivo.

Encaixe de travamento com técnica de fácil manipulação "CLICK".



Disponível também em FOAM.

Clik-Fix® PICC

Neonatal

O Clik-FIX Neonatal possui uma base de fixação de espuma macia sem peças de plástico rígido que podem causar pontos de pressão, hematomas ou trauma na pele do neonato/bebê.

Possui um design universal e é compatível com a maioria dos cateteres de PICC disponíveis no mercado brasileiro.


Ref: NPS1006

Cintas de velcro que envolvem a asa do cateter para minimizar o risco de movimento do cateter.

Base adesiva que segura suavemente a asa do cateter.

Almofadas de espuma macias e confortáveis.

Adesivo hipoalergênico, de fácil aplicação e confortável.





5 razões para usar o Klik-Fix®

01. Com apenas um CLICK, você estabiliza o cateter.

Fácil de instalar o CLIK-FIX apresenta um método inovador para a fixação de cateteres venosos centrais (CVC). O CLIK FIX para PICC/CVC possui uma superfície adesiva incorporada ao mecanismo de trava do dispositivo, mantendo a fixação firme e simplificando o procedimento.

02. Fixação mecânica ativa.

O dispositivo Klik-FIX possui uma fixação mecânica ativa que fornece permanência superior aos dispositivos comumente utilizados. Este tipo de bloqueio mantém os cateteres com as asas no lugar, sem movimentação durante o manuseio e sem a necessidade do uso de suturas e fitas adesivas.

03. Impede a movimentação do cateter.

Nos estudos de movimento, foi comprovado que Klik-FIX evita o movimento de pistão, melhor do que o dispositivo líder de mercado e outros dispositivos disponíveis. A movimentação do cateter e o movimento de pistão podem ocasionar complicações como a infecção de corrente sanguínea. Esse tipo de complicação causa a remoção precoce do cateter, a substituição e muitas vezes o aumento da permanência hospitalar, diminuindo o conforto do paciente.

4) Fácil de remover

O procedimento de remoção do Klik-FIX é focado em tornar a experiência o mais confortável possível para o paciente, mantendo a facilidade do uso pelo profissional e a estabilidade do cateter como prioridade. A remoção do CLIK-FIX não requer o uso de força significativa para abrir a trava, nem necessidade de remover várias camadas de adesivo. Com um movimento específico, o dispositivo pode ser desbloqueado e removido.

5)Previne complicações e reduz custos

A prevenção das complicações e o conforto para pacientes e profissionais é o principal objetivo do design deste dispositivo, aprimorando os resultados clínicos e reduzindo custos gerais.

Fabricado por



1-Gorski L, Hadaway L, Hagle M, McGoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion therapy: standards of practice (supplement 1). J Infus Nurs. 2016;39(1S):S1-S159.

2- Jeanes A, Martinez-Garcia G. Intravenous securement devices: an overview. Br J Healthcare Manag. 2016;22:488-92.

3- Rickard C, Mccann D, Munnings J, Mcgrail M. Routine resite of peripheral intravenous devices every 3 days did not reduce complications compared with clinically indicated resite: a randomised controlled trial. J BMC Med. 2010;8:53.

4-Bausone-Gazda D, Lefaiver C, Walters S. A randomized controlled trial to compare the complications of 2 peripheral intravenous catheter-stabilization systems. J Infus Nurs. 2010;33:371-84.

5- Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J. Infus Nurs. 2016;34(1S):S46.

6- Schears, Greg, MD. Mayo Clinic Rochester, MN Lecture "Update on Catheter Stabilization Devices."